



ใบขอใช้บริการศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

เอกสารเลขที่..1455

วันที่ขอใช้...03/09/2014.เวลา.15:45:47

เรื่อง.. น.ส.ณิชามา ทับจันทร์ แจ้งซ่อมโปรเจคเตอร์ ไม่แสดงภาพ และ ภาพไม่ชัดเจน มองภาพไม่เห็น โปรเจคเตอร์สายไม่ดี อาจหักข้างใน ทำให้อจอเป็นสีชมพู ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ ห้อง LAB เคมี 1 และ LAB เคมี 2 8841

เจ้าหน้าที่ได้ ทำการตรวจสอบ เพื่อต้น ตั

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจีระเดช ทรัพย์พลากร

รายละเอียดงาน..โปรเจคเตอร์สายไม่ดี อาจหักข้างใน ทำให้อจอเป็นสีชมพู ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้

สามารถอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้ในวันอังคารที่ 9 เวลา 13.30 น. หรือ ตามตารางเรียนที่ว่าง

ขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่ได้ ทำการตรวจสอบ เพื่อต้น ตั ตัวเครื่องผ่านการติดตั้งใช้งานหลายปี มีการเสื่อมสภาพของหลอดภาพ และ ตัวแสดงสีหลอดภาพ พร้อมทั้งสายสัญญาณ ภาพ

ชำรุดเสียหาย จึงไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้

ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ แก้ปัญหา เบื้องต้น คือนำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ รุ่นเก่า ที่พอจะสามารถใช้งานได้ ไปทำการติดตั้งใช้งานได้ชั่วคราว คร

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ :...09/09/2557..

หมายเลขติดต่อ : ..8841 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(น.ส.ณิชามา ทับจันทร์)

ลงชื่อ

(นายจีระเดช ทรัพย์พลากร)

เอกสารเลขที่..1455

วันที่ขอใช้...03/09/2014.เวลา.15:45:47

เรื่อง.. น.ส.ณิชามา ทับจันทร์ แจ้งซ่อมโปรเจคเตอร์ ไม่แสดงภาพ และ ภาพไม่ชัดเจน มองภาพไม่เห็น โปรเจคเตอร์สายไม่ดี อาจหักข้างใน ทำให้อจอเป็นสีชมพู ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ ห้อง LAB เคมี 1 และ LAB เคมี 2 8841

เจ้าหน้าที่ได้ ทำการตรวจสอบ เพื่อต้น ตั

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจีระเดช ทรัพย์พลากร

รายละเอียดงาน..โปรเจคเตอร์สายไม่ดี อาจหักข้างใน ทำให้อจอเป็นสีชมพู ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้

สามารถอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้ในวันอังคารที่ 9 เวลา 13.30 น. หรือ ตามตารางเรียนที่ว่าง

ขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่ได้ ทำการตรวจสอบ เพื่อต้น ตั ตัวเครื่องผ่านการติดตั้งใช้งานหลายปี มีการเสื่อมสภาพของหลอดภาพ และ ตัวแสดงสีหลอดภาพ พร้อมทั้งสายสัญญาณ ภาพ

ชำรุดเสียหาย จึงไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้

ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ แก้ปัญหา เบื้องต้น คือนำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ รุ่นเก่า ที่พอจะสามารถใช้งานได้ ไปทำการติดตั้งใช้งานได้ชั่วคราว คร

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ :...09/09/2557..

หมายเลขติดต่อ : ..8841 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(น.ส.ณิชามา ทับจันทร์)

ลงชื่อ ธีวัชชัย อติเทพสถิต

(นายธีวัชชัย อติเทพสถิต)

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....